



Institut für Diabetestechnologie
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
an der Universität Ulm
Helmholtzstr. 20, 89081 Ulm, Germany

akkreditiert durch die / *accredited by the*

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19564-01-00

als Prüflaboratorium / *as testing laboratory*

im Bereich / *in terms of* **DIN EN ISO/IEC 17025:2005**

Prüfzertifikat
Testing certificate

Zertifikat Nr.
Certificate No.

IDT-1621(1)-A-IE
D-PL-19564-01-00
2017-08

Auftraggeber / Hersteller
Customer / Manufacturer

i-SENS, Inc.

Gegenstand
Object

NoCoding1 Plus

Typ
Type

Blood-Glucose Monitoring System (BGMS)

Teststreifen Lots
Test Strip lots

Lot 1: NS10JD98B
Lot 2: NN11JE13H
Lot 3: NN11JE11F

Prüfverfahren
Testing procedure

Evaluation of system accuracy based on
ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015, clause 6.3

Prüfberichts-Nr.
Final Report No.

1621(1)_Final Report_SysAcc_NoCoding_V_170630

Anzahl der Seiten des Prüfzertifikats 2
Number of pages of the certificate

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Zertifikate ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der EA, ILAC und der IAF zur gegenseitigen Anerkennung der Prüfzertifikate.

This certificate may not be reproduced. The certificate without signatures is not valid. The DAkkS is signatory of the multilateral arrangement of EA, ILAC and IAF in mutual recognition.

Datum
Date

Technische Leitung (gem. ISO 17025)
Technical Management (acc. ISO 17025)

Geschäftsführer
General Manager

06-Jul-2017

Dr. med. Nina Jendrike

Dr. med. Guido Freckmann



Seite 2 zum Prüfzertifikat vom 06. Jul. 2017
Page 2 of Testing certificate from 06-Jul-2017

IDT-1621(1)-A-IE

D-PL-19564-01-00

2017-08

Datum Prüfbericht 30-Jun-2017
Date Final Report

Seriennummer (BZMS) F003600F0019
Serial Number Meters F003600F0006
(BGMS) F003600F0008
F003600F0001
F003600F0014
F003600F0018

Ergebnisse
Results

Comparison method: YSI 2300 STAT Plus

Measured glucose values within ± 15 mg/dl (0.83 mmol/l) or
 ± 15 % of the comparison method results:

195 of 200 (97.5 %) results of reagent system lot 1 (NS10JD98B)
195 of 200 (97.5 %) results of reagent system lot 2 (NN11JE13H)
193 of 200 (96.5 %) results of reagent system lot 3 (NN11JE11F)

600 of 600 (100 %) results of all test strip lots fell into zones A and
B of the Consensus Error Grid

This BGMS complies with system accuracy criteria of
ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015.

Das Prüflaboratorium ist unabhängiger Dritter im Sinne der Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika.

The testing laboratory is an independent third party in terms of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices.